

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/19
Датум: 05.01.2021. године.

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 27-1.2.5/2020 “Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)”:

Питање заинтересованог лица-1:

Питање 1.

Члан 8.

Извршилац је обавезан да уграђује оригиналне резервне делове произвођача, а ако је то немогуће, делове истог квалитета од других произвођача по ценама из ценовника Извршиоца услуга (каталожка листа достављена уз понуду).

Molimo vas da za partije 8,14 i 21 ovaj uslov izmenite na način da je jedino dozvoljeno ugrađivanje originalnih rezervnih delova, jer kao ovlašćeni predstavnik i serviser proizvođača opreme koja je predmet servisa imamo obavezu da prilikom servisiranja predmetne opreme, ugrađujemo isključivo originalne rezervne delove, u svemu u skladu sa proizvođačkim instrukcijama i zbog bezbednosti pacijenata i tehničkog osoblja..

Питање број 2

.Za partije 8,14 i 21 naveli ste da je rok za popravku uređaja ne duži od 3 dana. Ukoliko nije potrebna zamena rezervnog dela ovaj rok je prihvatljiv.

Molimo vas da ovaj uslov izmenite i uzmete u obzir da ukoliko je na uređaju potrebno zameniti neki rezervni deo a delovi se nabavljaju iz inostanstva rok za isporuku rezervnih delova može biti do 30 dana.

Број:03/19-2
Датум: 06.01.2021. године.

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 27-1.2.5/2020 “Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)”:

Одговор заинтересованом лицу-1:

Комисија остај при ставу из конкурсне документације

Комисија за ЈН 27-1.2.5/2020