

Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број: 03/2217  
Датум: 17.07.2018. године.

**На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 16-1.1.18/2018 „Набавка медицинске опреме,обликована по партијама:**

**Питање заинтересованог лица:**

**1.НАЧИН ДОКАЗИВАЊА МИНИМАЛНИХ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИХ ПРЕДНОСТИ:**

Понуђени апарат, мора бити регистрован у АЛИМС-у. Минималне техничке карактеристике и техничко-технолошке предности, доказују се обележавањем у каталогу и техничкој спецификацији произвођача. Уколико се поједине тражене карактеристике не налазе у каталогу и техничкој спецификацији, само те карактеристике се могу доказивати овереном изјавом произвођача . Није дозвољено доказивање већине карактеристика само изјавом произвођача. Наручилац задржава право да, у фази стручне оцене понуда, провери минималне техничке карактеристике захтеване конкурсном документацијом на начин који процени целесходним, а пре свега упоређивањем са документацијом о регистрацији уређаја код АЛИМСа

Mi smo zainteresovani za Partiju 3, FOKOMETAR. Prema Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima ovaj aparat ne podleze registraciji kod Agencije za lekove i medicinska sredstva srbije.

Molim vas da nas obavestite da li ste pribavili misljenje ALIMP-a o tome.

Број:03/2217-2  
Датум: 19.07.2018. године.

**На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 16-1.1.18/2018 „Набавка медицинске опреме,обликована по партијама:**

**Одговор заинтересованом лицу:**

Потребно је доставити или Решење о регистрацији медицинског средства код АЛИМС-а или Потврду АЛИМС-а да то медицинско средство не подлеже регистрацији у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.

Комисија за ЈН 16-1.1.18/2018