

Наручилац: Дом здравља „Земун“

Број: 03/1213

Датум: 04.05.2018. године.

**На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 02-1.1.17/2018 Гинеколошки столови (2ком) и Гинеколошки сто за пацијенте са посебним потребама (1ком)“:**

Питање заинтересованог лица:

Molim odgovore i pojašnjenja na pitanja vezano za JN br. 02-1.1.17/2018, PARTIJA 2 - GINEKOLOŠKI STOLOVI, vezano za minimalno zahtevane tehničke karakteristike:

5. " Naslon leđa podesiv pomoću elektromotora do +75°

Pitanje: Da li je za Naručioca prihvatljivo - naslon leđa podesiv pomoću elektromotora do + 80° ?

7. "Naslon za stopala moguće spustiti do poda"

Pitanje - pojašnjenje: Time što tražite da se naslon za stopala može spustiti do poda, favorizujete jednog dobavljača.

Molim i pojašnjenje svrsishodnosti ove tražene karakteristike?

11. " Bezbedno maksimalno radno opterećenje (SWL) minimum 200 kg"

Pitanje: Da li je za Naručioca prihvatljivo da SWL bude minimum 150 kg ?

13. " Širina ležeće ploče 580 mm (+/- 20 mm)"

Pitanje: Da li je za Naručioca prihvatljivo da širina ležeće ploče bude do 620 mm?

Pojašnjenje: Ako pogledamo teh. karakteristike tačka 11 i 13 - kako objašnjavate da tražite min. SWL 200 kg, a širinu ležeće ploče samo 580 mm (+/- 20mm) - kako osoba od 200 kg da stane na tako uzak gin. sto.?

Наручилац: Дом здравља „Земун“  
Број: 03/ 1213 -2  
Датум: 05.04.2018. године.

**На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 02-1.1.17/2018 Гинеколошки столови (2ком) и Гинеколошки сто за пацијенте са посебним потребама (1ком)“:**

Одговор заинтересованом лицу:

Одговор на питање број 1:

Саставни део конкурсне документације је техничка спецификација за партију 2: Гинеколошки столови (2ком), која представља минималне техничке захтеве наручиоца.

Наручилац ће прихватити сва техничка решења која превазилазе тражени захтев. Одговор на питање број 1., заинтересованог понуђача гласи:

Прихватљиво је понудити гинеколошки сто са наслоним леђа подесивим помоћу електромотора угла до +80° пошто превазилази минимално захтеване техничке карактеристике у конкурсној документацији.

Наручилац из наведених разлога неће мењати техничку спецификацију и остаје при техничком захтеву.

Одговор на питање број 2:

Наручилац је сачинио техничку спецификацију руководећи се објективним потребама имајући у виду и потребе старијих упацијенткиња и пацијенткиња са смањеном покретљивошћу. Гинеколошки столови који имају опцију да се наслони за стопала могу спустити до земље, омогућавају да се пацијенткиња из седећег положаја позиционира у позицију за гинеколошки преглед, без додатне манипулације, што је комфорније и пацијенткиње које немају смањену покретљивост, а велика предност за старије и пацијенткиње које имају ограничену покретљивост.

Најмање 3 произвођача на тржишту Србије имају регистроване гинеколошке столове са овом опцијом.

Наручилац из наведених разлога неће мењати техничку спецификацију и остаје при техничком захтеву.

Одговор на питање број 3:

Захтевана карактеристика да гинеколошки столови имају безбедно максимално радно оптерећење минимално 200 кг, подразумева да на њему могу бити прегледане пацијенткиње са већом телесном тежином и до 200кг, што подразумева да су електромотори квалитетни и издржљиви, као и сама конструкција гинеколошког стола. Наручилац се руководио намером да изврши набавку опреме која има дугу употребну вредност због великог броја пацијената који се лече у нашој установи.

Према нашим сазнањима више произвођача у Србији задовољава тражени захтев.

Наручилац из наведених разлога неће мењати техничку спецификацију и остаје при техничком захтеву.

Одговор на питање број 4:

Минимална карактеристика да ширина гинеколошких столова буде од 580 mm +/- 20 mm је захтевана из објективне потребе наручиоца да столови буду ергономични и у димензијама оптималним у односу на расположиви простор, тј. површину ординације. Поред гинеколошког стола у ординације је потребно распоредити и другу опрему тако да манипулација доктора и техничара не буде отежана. Више произвођача може да понуди столове у прописаној димензији и колико нам је познато, не ради се о захтеву који на било који начин ограничава конкуренцију у предметном поступку.

Наручилац из наведених разлога неће мењати техничку спецификацију и остаје при техничком захтеву.

Комисија за ЈН 02-1.1.17/2018