

Наручилац: Дом здравља „Земун“

Број: 03/1188

Датум: 24.04.2019. године.

- 1) На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 03-1.1.15/2019 „ Набавка медицинске опреме“:**

Питање заинтересованог лица:

Pitanje za Stavku 3- Šestokanalni EKG aparat

Da li je za naručioca prihvatljivo ponuditi EKG aparat koji poseduje 12 kanalni printer koji moze da stampa 6 kanalni i 12 kanalni izvestaj?

Pritom napominjemo da ispunjava apsolutno sve minimalne tehničke karakteristike odnosno poseduje daleko bolje performance od trenutno definisanih.

Наручилац: Дом здравља „Земун“

Број:03/1188-2

Датум: 25.04.2019. године.

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 03-1.1.15/2019 „ Набавка медицинске опреме“:

Одговор заинтересованом лицу:

- 1) Да, прихватљиво је.
- 2) Наручилац је у предметној набавци, део Техничка документација, у ставци 10. уместо CW техничком грешком написано је PW.

Комисија за ЈН 03-1.1.15/2019