

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/3144
Датум: 05.10.2016. године.

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 13-7/2016 “Текуће поправке и одржавање медицинске опреме(и резервни делови)”:

Питање заинтересованог лица-1:

Молимо Вас да да по горе наведеном Вашем Јавном позиву извшите измену ПАРТИЈЕ 10 из разлога што у оквиру исте партије имате 4 (четири) различита произвођача опреме и то :

Редни број 1 и 4 – Ei Niš

Редни број 2 - Inomed

Редни број 3 - PROTEC-Немачка

Редни број 5 - Planmeca-Норвешка

Senzal trade d.o.o. Bgd. је еклузивни дистрибутер и сервисер PROTEC - Немачка, произвођача аутоматских машина за развијање рентген филмова са оригиналним резервним деловима на лагеру. На Вашем рентген одељењу налази се наш модел Comrast 2 сер.бр.4401.Машина је испоручена и монтирана 04.09.2007. и до сада са наше стране нисмо имали прилике и нисмо урадили нити један сервис на предметном апарату, управо из разлога који смо горе навели ! Од стране нашег принципала није нам дозвољено да радимо сервис других фирми и зато вас молимо да извршите измену Партије 10 како би омогућили и другим фирмама и понуђачима, да Вам доставе своје понуде, а Ви као крајњи корисник добијете квалитет више. Такође је потребно да у оквиру Партије тражите као доказ СЕРТИФИКАТ О обучености који се односи на предмет Јавне набавке као и Ауторизацију произвођача опреме.

*** За сервис и поправку машине за развијање рентген филмова није потребно решење Агенције за заштиту од јонизујућег зрачења !! што сте тражили у тендерској документацији.

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/3166
Датум: 06.10.2016. године.

Питање заинтересованог лица-2:

Поштовани, увидом у конкурсну документацију за отворени поступак јавне набавке услуга, Број јавне набавке: 13-7/2016, Предмет набавке: **“Текуће поправке и одржавање медицинске опреме(и резервни делови)”**, обликована по партијама, који је објављен на Порталу јавних набавки 04.10.2016.године, дошли смо до закључка да је у понуди за партију број 11: Мамограф и негатоскоп, у „образцу Структуре цене са упуством“ вероватно ненамерном грешком побројана опрема 2 испоручиоца.

Наиме, Предузеће ТИМ Цо. д.о.о. из Београда је дистрибутер и овлашћени сервис за опрему произвођача Hologic Inc. из САД (мамограф) и Planilux GmbH из Немачке (негатоскоп) за територију Републике Србије. Предузеће ТИМ Цо. д.о.о. није овлашћенио за одржавање система CR 35-X Drystar Axis већ је одржавање овог система у надлежности неког друго дистрибутера на територији наше земље.

Молим Вас да извршите неопходне измене у конкурсној документацији како би евентуални учесници у наведеној партији могли учествовати са исправним понудама обзиром да је услов за учествовање да понуђачи морају предати понуду за целокупну партију као и да је додатни услов за Партију број 11. обавеза понуђача да доставе Овлашћење пшроизвођача опреме или генералног заступника.

Број:03/3144-2
Датум: 07.10.2016 године.

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 13-7/2016 “Текуће поправке и одржавање медицинске опреме(и резервни делови)”:

Одговор заинтересованом лицу-1:

Није прихватљива. Комисија остаје при свом ставу.

Број:03/3166-2
Датум: 07.10.2016 године.

Одговор заинтересованом лицу-2:

Комисија прихвата сугестију заинтересованог лица и извршиће измену.

Комисија за ЈН 13-7/2016