

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/2284
Датум: 24.07.2018. године.

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 16-1.1.18/2018 „Набавка медицинске опреме, обликована по партијама:

Питање заинтересованог лица:

U vezi Javne nabavke 16-1.1.18/2018 uocili smo sledecu gresku:

Partija 3 Fokometar

U Specifikaciji Minimalno zahtevane tehnicke karakteristike proizvoda, pod Rednim brojem 1.6 navedeno je:

Prizma : 0-106(0.01/0.12/0.256 Korak)

Posto specificirane tehnicke karakteristike nisu moguće, mislimo da je u pitanju tehnicka greska i da treba da bude:

1.6 Prizma : 0-10Δ (0.01/0.12/0.25Δ Korak)

Nadamo se da cete prihvatiti nasu sugestiju za ispravku uocene tehnicke greske.

Број:03/2284-2
Датум: 25.07.2018. године.

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 16-1.1.18/2018 „Набавка медицинске опреме, обликована по партијама:

Одговор заинтересованом лицу:

Дошло је до штампарске грешке. Наручилац ће извршити измену и допуну конкурсне документације.

Комисија за ЈН 16-1.1.18/2018