

Наручилац: Дом здравља „Земун“

Број: 03/2911

Датум: 19.09.2018. године.

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 25-1.1.2/2018 “Санитетски потрошни материјал”:

Питање заинтересованог лица:

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama, molim Vas da zainteresovanom licu, date odgovor na Zahtev za dodatnim pojašnjenjem, a vezano za otvoreni postupak broj 25-1.1.2/2018 Sanitetski potrošni materijal.

Na strani 32/41 konkursne dokumentacije, u okviru tehničke specifikacije partije broj 11 Trake za šećer, naručilac zahteva sledeće:

“Trake za šećer (iz prsta) za aparat bez kodiranja, sa kapilarnim usisavanjem krvi, mogućnost dopune uzorkom krvi u trajanju ne manje od 30 sekundi. Temperaturni opseg merenja od 5 C (ili manje) do 45 C (ili više). Omogućiti merenje u rasponu vrednosti hematokrita od 20% do 70%. pak A/50”

Ovako koncipirana tehnička specifikacija partije broj 11 – Trake za šećer, ima eliminatorni karakter, jer u ovom slučaju ponudu za navedenu partiju može podneti samo jedan potencijalni ponudjač.

Tehničku specifikaciju aparata za merenje šećera u krvi I traka za merenje šećera u krvi definiše standard EN ISO 15197:2015, koji podrazumeva tehničke specifikacije I kvalitet koji u svemu odgovaraju zahtevima krajnjeg korisnika.

S toga Vas molimo da u cilju transparentnosti postupka izvršite izmenu partije broj 11 – Trake za šećer, na način na koji ćete tehničku specifikaciju prilagoditi zahtevima standarda EN ISO 15197:2015, i na taj način obezbediti i drugim zainteresovanim licima da učestvuju u predmetnom postupku, odnosno da postupite u skladu sa članom 10. i 12. Zakona o javnim nabavkama.

Број: 03/2911-2

Датум: 21.09.2018. године.

Одговор заинтересованом лицу: за partiju 11. Trake za šećer.

S hodno članu 71. Stav 1. Tačka 2. , Naručilac je odredio tehničku specifikaciju u vidu karakteristika i funkcionalnih zahteva koji odgovaraju potrebama naručioca a koji moraju biti dovoljno precizni i jasni kako bi ponuđači mogli da pripreme odgovarajuće ponude. Zakon o javnim nabavka takođe jasno definiše da određivanje tehničke specifikacije na ovaj način ne daje mogućnost naručiocu da odbije ponude drugih ponuđača, ukoliko ponuđač ponudi odgovarajući dokaz da dobro koje nudi zadovoljava jedan od standard I ako dokaže da ovi standardi ispunjavaju tražene karakteristike i funkcionalne zahteve.

Stoga Naručilac ni nakoji način nije povredio član 10. i 12. ZJN.

Standard EN ISO 15197:2015 na koji se pozivate je standard koji se odnosi na minimalne zahteve tačnosti pri merenju nivoa šećera u krvi, što ne odgovara našim funkcionalnim potrebama i ekonomskoj efikasnošću.