

Наручилац: Дом здравља „Земун“
Број: 03/416
Датум: 29.11.2019. године.

На основу члана 63.став 2. Закона о јавним набавкама(“Сл. гласник РС”бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 30-1.2.5/2019 “Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)”:

Питање заинтересованог лица-1:

Ovim putem skrećemo pažnju Naručiocu da za aparate proizvođača MEDIKOP koji su navedeni u partiji 12 - aspiratori i partiji 23 – Aparati za kiseoničku terapiju, na teritoriji Republike Srbije postoji samo jedna firma koja je ovlašćeni zastupnik proizvođača, poseduje sertifikovane servisere i ovlašćeni je servis za predmetnu opremu.

Kako se u dokumentaciji traži da bude dostavljena lista rezervnih delova sa cenama kao i “najmanje jedan serviser sa servisnim sertifikatom izdatim od strane proizvođača opreme” napominjemo da nijedan drugi ponuđač ne može isporučiti originalne kao ni kompatibilne rezervne delove niti poseduje sertifikovane servisere za ovu opremu. Iz istog razloga ni mi ne možemo dati ponudu za inhalatore, aspiratore i aparate za kiseoničku terapiju drugih proizvođača.

Molimo vas da navedene stavke iz partija 12 i 23 izdvojite u zasebnu partiju

Број:03/3416-2
Датум: 02.11.2019. године.

На основу члана 63.став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015”) Комисија за јн 30-1.2.5/2019 “Текуће поправке и одржавање медицинске опреме (и резервни делови)”:

Одговор заинтересованом лицу-1:

Комисија за спровођење предметне јавне набавке остаје при ставу да је конкурсна документација сачињена тако да није у супротности са чланом 10. Закона о јавним набавкама, те у складу са тим неће раздвајати захтеване ставке тако да свака ставка буде партија за себе, будући да не ограничава конкуренцију јер понуђачи могу наступити у заједничкој понуди или у понуди са подизвођачем како је то дефинисано чланом 80. и 81. ЗЈН.

Овим путем скрећемо пажњу потенцијалном понуђачу да захтев за партију бр.12 и 23 гласи : "да понуђач има у радном односу најмање једног сервисера са сервисним сертификатом издатим од стране произвођача свих типова уређаја са листе предметне опреме".

Како наручилац није захтевао сертификат од конкретног произвођача управо из разлога што их предметним партијама има више различитих, испуњење овог захтева представљаће достављање сертификата произвођача овог типа опреме, тј. Сертификат било ког произвођача инхалатора и аспиратора за партију бр. 12 и било ког произвођача апарата за кисеоничку терапију за партију бр.23.

Из свега наведеног, Комисија за спровођење предметне јавне набавке остаје при првобитном ставу.

Комисија за ЈН 30-1.2.5/2019